

Sekce správní
odbor obchodní

V Praze 24. května 2022
Č. j.: 2022/051857/CNB/420

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka UV-VIS-NIR spektrofotometrického mikroskopu“

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „ZD“) k žádosti dodavatele:

Dotaz č. 1:

„V bodu 6. části „Požadavky objednatele na mikroskop“ zní: „Automaticky přepínatelná deuteriová a xenonová lampa pro měření v různých částí spektra“.

Přeje-li si uživatel zařízení se dvěma světelnými zdroji, deuteriovou lampou pro UV oblast a halogenovou pro viditelnou oblast, kde přepínání výbojky je řízena softwarově během jednoho spektrálního záznamu, nebo zařízení se 3 světelnými zdroji (deuterium, xenon, halogen), kde je možné softwarově zvolit, má-li spektrální záznam se provádět pomocí deuteriové a halogenové výbojky nebo xenonové a halogenové výbojky. Přepínací vlnovou délku (v určitém rozsahu) mezi zdrojem UV světla (deuteriové a halogenové výbojky) a halogenovou výbojkou lze nastavit softwarově. Naše otázka tedy zní: přejete-li si 2 nebo 3 světelné zdroje v zařízení?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje řešení se třemi světelnými zdroji (deuterium, xenon a halogen). Tento požadavek vyplývá z technické specifikace stanovené v rámci přílohy č. 1 návrhu smlouvy – „Požadavky objednatele na mikroskop“, který je součástí zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce.

S pozdravem

Mgr. Adriana Králová
ředitelka odboru obchodního
podepsáno elektronicky